

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

República Dominicana

**Comité de Compras y Contrataciones
Programa de Medicamentos Esenciales/ Central de Apoyo Logístico
(PROMESE/CAL)**

ENMIENDA NO. 2, AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

Fecha: 28 de diciembre del 2017

Referencia: **PROMESE/CAL-CCC-UR-2017-03**

El Comité de Compras y Contrataciones de **PROMESE/CAL**, les informa que mediante Acta No. 2017-02, emitida en fecha veintiocho (28) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), ha decidido lo siguiente:

Resolución Número Uno (1):

APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, que sea enmendado el Pliego de Condiciones Específicas del Procedimiento de Urgencia de Referencia, a los fines de que sea modificada la Ficha Técnica, así como también, los formularios de: “Muestras Entregadas” , de los bienes que anteriormente establecían lo siguiente:

“Renglón 38, Código 10598, Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento”

Característica: 3-0 Con Aguja Recta Cortante 6 mm x 90 cm

“Renglón 45, Código 10609, Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento

Características: 10-0 con Aguja Recta Cortante Espatulada 3/8 de 6mm x 30 cm”

Para que en lo adelante digan de la siguiente manera:

Renglón 38, Código 10598, Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento”

Característica: 3-0 Con Aguja Recta Cortante 60 mm x 90 cm

Renglón 45, Código 10609, Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento

Características: 10-0 con Aguja Espatulada 3/8 de 6mm x 30 cm”

Resolución Número Dos (2):

Se mantienen intactos e invariables los demás términos y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.

T.S.
DMTA.

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"

Resolución Número Tres (3):

Que se notifique a todos los oferentes Interesados en participar en el procedimiento de Urgencia, Ref.: **PROMESE/CAL-CCC-UR-2017-03**, la presente enmienda realizada al Pliego de Condiciones Específicas.

En representación del Comité de Compras y Contrataciones:



Lidia Teresa Garcés,
Directora Jurídica, en su calidad
de Asesora Legal del Comité.



Sra. Berkis Terrero,
Encargada del Departamento de Compras
y Contrataciones.

TG.BT.kr.



Programa de Medicamentos Esenciales
PROMESE/CAL

Procedimiento de Urgencia

3.17 PROMESE/CAL-CCC-UR-2017-03/Procedim

Fecha:
28/12/17
14:51:00

No. Casa

FICHA TECNICA DE
Sutura Quirúrgica Nylon(II)

Renglón

38

Código

10598

Nombre Genérico : Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento
Característica : 3-0 Con Aguja Recta Cortante 60 mm x 90 cm
Presentación : Doble Envoltura
Lote : Material Gastable
Grupo Terapéutico : Tendones/Piel

Envase Primario

- 1 Doble envoltura
- 2 No Absorbible
- 3 Foto ó dibujo tamaño real de la aguja
- 4 Calidad de la aguja
- 5 Número de lote
- 6 Fecha de fabricación
- 7 Fecha de vencimiento

Envase Secundario

- 1 Código de barra y/o datamatrix bidimensional
- 2 Hipoalérgico
- 3 Uso Oficial PROMESE/CAL
- 4 Fecha de Fabricación
- 5 Fecha de Vencimiento

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES

- 1 Código de barra y/o datamatrix bidimensional
- 2 Hipoalérgico
- 3 Uso Oficial PROMESE/CAL
- 4 Fecha de Fabricación
- 5 Fecha de Vencimiento
- 6 Avalado por F.D.A, EMA, DIGEMAPS
- 7 La aguja debe ser acero quirúrgico inoxidable
- 8 Resistente a corrosión
- 9 Capaz de guiar el hilo de sutura a través del tejido
- 10 Que cause mínimo trauma
- 11 Estable con un porta aguja
- 12 Hilo: Capaz de soportar alta fuerza tensil
- 13 Que cause mínima reacción tisular
- 14 Que cause mínima fricción al pasar por el tejido
- 15 Flexible y seguro en el anudado

Para Uso Comité Técnico

- Primera Revisión
- Segunda Revisión
- Tercera Revisión



Homologado Por _____



Programa de Medicamentos Esenciales
PROMESE/CAL

Procedimiento de Urgencia

3.17 PROMESE/CAL-CCC-UR-2017-03/Procedim

Fecha:
28/12/17
11:41:52

No. Casa

FICHA TECNICA DE
Sutura Quirúrgica Nylon(II)

Renglón

45

Código

10609

Nombre Genérico : Sutura Quirúrgica de Nylon Monofilamento
Característica : 10-0 Con Aguja Espatulada 3/8 de 6 mm x 30 cm
Presentacion : Doble Envoltura
Lote : Material Gastable
Grupo Terapéutico : Tendones/Piel

Envase Primario

- 1 Doble envoltura
- 2 No Absorbible
- 3 Foto ó dibujo tamaño real de la aguja
- 4 Calidad de la aguja
- 5 Número de lote
- 6 Fecha de fabricación
- 7 Fecha de vencimiento

Envase Secundario

- 1 Código de barra y/o datamatrix bidimensional
- 2 Hipoalérgico
- 3 Uso Oficial PROMESE/CAL
- 4 Fecha de Fabricación
- 5 Fecha de Vencimiento

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES

- 1 Código de barra y/o datamatrix bidimensional
- 2 Hipoalérgico
- 3 Uso Oficial PROMESE/CAL
- 4 Fecha de Fabricación
- 5 Fecha de Vencimiento
- 6 Avalado por F.D.A, EMA, DIGEMAPS
- 7 La aguja debe ser acero quirúrgico inoxidable
- 8 Resistente a corrosión
- 9 Capaz de guiar el hilo de sutura a través del tejido
- 10 Que cause mínimo trauma
- 11 Estable con un porta aguja
- 12 Hilo: Capaz de soportar alta fuerza tensil
- 13 Que cause mínima reacción tisular
- 14 Que cause mínima fricción al pasar por el tejido
- 15 Flexible y seguro en el anudado

Para Uso Comité Técnico

- Primera Revisión
- Segunda Revisión
- Tercera Revisión



Homologado Por _____