



Programa de Medicamentos Esenciales  
PROMESE/CAL

Proveedor Exclusivo

09.210.PROMESE/CAL-CCC-PEEX-2021-0009/P

Fecha:  
20/07/21  
09:54:01

No. Casa

FICHA TECNICA DE

Kit de detección para SARS-COV-2

Renglón

1

Código

10885

Nombre Genérico : Kit de detección para SARS-CoV-2,RT-PCR(CIENTEC)  
Características :  
Presentación : Kit,Estuche o Juego  
Lote : Reactivos de Laboratorio  
Grupo Terapéutico : Reactivos

### Características Técnicas

- 1  Número de Lote
- 2  Fecha de vencimiento
- 3  Registro Sanitario
- 4  País de Origen
- 5  Inserto en Español
- 6  Certificación OPS/OMS/FDA y/o CE-IVD
- 7  Compatible con el sistema de PCR existente
- 8  Prueba para 96 reacciones
- 9  Detección de por lo menos 3 dianas moleculares
- 10  Control endógeno y/o de extracción
- 11  Prueba cualitativa para detección de dos(3) genes
- 12  Validado con muestras del Isopado nasofaríngeo,
- 13  Orofaringeo, aspirado nasal y/o Saliva
- 14  Validado con método de extracción de,
- 15  ácidos nucleicos disponibles

### ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



### Para Uso Comité Técnico

- Primera Revisión  
 Segunda Revisión  
 Tercera Revisión

Homologado Por \_\_\_\_\_

210~10885A~20

 <p><b>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</b></p>	<b>Proveedor Exclusivo</b> 09.210.PROMESE/CAL-CCC-PEEX-2021-0009/P	Fecha: 20/07/21 09:54:01	No. Casa <hr/>
	<b>FICHA TECNICA DE</b> Kit de detección para SARS-COV-2	Renglón <b>2</b>	Código <b>10885A</b>

Nombre Genérico : Kit de detección para SARS-CoV-2,RT-PCR(INHERDOM)  
 Características :  
 Presentación : Kit,Estuche o Juego  
 Lote : Reactivos de Laboratorio  
 Grupo Terapéutico : Reactivos

Características Técnicas	
1 <input type="checkbox"/> Número de Lote 2 <input type="checkbox"/> Fecha de vencimiento 3 <input type="checkbox"/> Registro Sanitario 4 <input type="checkbox"/> País de Origen 5 <input type="checkbox"/> Inserto en Español 6 <input type="checkbox"/> Certificación OPS/OMS/FDA y/o CE-IVD 7 <input type="checkbox"/> Compatible con el sistema de PCR existente 8 <input type="checkbox"/> Prueba para 96 reacciones 9 <input type="checkbox"/> Detección de por lo menos 3 dianas moleculares 10 <input type="checkbox"/> Control endógeno y/o de extracción 11 <input type="checkbox"/> Prueba cualitativa para detección de dos(3) gene 12 <input type="checkbox"/> Validado con muestras del Isopado nasofaríngeo, 13 <input type="checkbox"/> Orofaringe, aspirado nasal y/o Saliva 14 <input type="checkbox"/> Validado con método de extracción de, 15 <input type="checkbox"/> ácidos nucleicos disponibles	

**ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES**




**Para Uso Comité Técnico**

<input type="checkbox"/>	Primera Revisión
<input type="checkbox"/>	Segunda Revisión
<input type="checkbox"/>	Tercera Revisión

Homologado Por \_\_\_\_\_

210~10885A~20

 <p><b>Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL</b></p>	<b>Proveedor Exclusivo</b> 09.210.PROMESE/CAL-CCC-PEEX-2021-0009/P	Fecha: 20/07/21 09:54:01	No. Casa _____
	<b>FICHA TECNICA DE</b> <b>Reactivo para extraccion magnetica de R</b>	Renglón <b>3</b>	Código <b>10883</b>

Nombre Genérico : Reactivo para Extracción magnética Automatizada de RNA(INHERDOM)  
 Característica :  
 Presentacion : Kit, Estuche o Juego  
 Lote : Reactivos de Laboratorio  
 Grupo Terapéutico : Reactivos

Envase Primario	
1 <input type="checkbox"/> Placas Automatizadas con reactivos preservidos 2 <input type="checkbox"/> Placas con reactivos preservidos 3 <input type="checkbox"/> Numero de Lote 4 <input type="checkbox"/> Fecha de Vencimiento 5 <input type="checkbox"/> Registro Sanitario 6 <input type="checkbox"/> Advertencias especiales 7 <input type="checkbox"/> Pais de Origen 8 <input type="checkbox"/> Inserto en español 9 <input type="checkbox"/> Con Consumibles espec.en form prellenado 10 <input type="checkbox"/> Compatible con equipo BIOBASE BK-HS96 11 <input type="checkbox"/> Certificacion para OPS/OMS/FDA 12 <input type="checkbox"/> Pruebas para 96 reacciones	

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



**Para Uso Comité Técnico**

<input type="checkbox"/>	Primera Revisión
<input type="checkbox"/>	Segunda Revisión
<input type="checkbox"/>	Tercera Revisión

**Homologado Por** \_\_\_\_\_

210~10884 ~202



Programa de Medicamentos Esenciales  
PROMESE/CAL

Proveedor Exclusivo

09.210.PROMESE/CAL-CCC-PEEX-2021-0009/P

Fecha:  
20/07/21  
09:54:01

No. Casa

FICHA TECNICA DE  
Reactivo RNA BIOCOTMA M96

Renglón  
4

Código  
10884

Nombre Genérico : Reactivo para Extracción magnética Automatizada de RNA(CIENTEC)  
Características :  
Presentacion : Kit,Estuche o Juego  
Lote : Reactivos de Laboratorio  
Grupo Terapéutico : Reactivos

Características Técnicas

- 1  Extracción Magnética automatizadas
- 2  Volumen de muestra maximo requerido de 500µL
- 3  Numero de Lote
- 4  Fecha de vencimiento
- 5  Registro Sanitario
- 6  Advertencias especiales
- 7  Pais de Origen
- 8  Con consumibles espec. en formato prellenado
- 9  Compatible con equipo BIOCOTMA M96 NAES
- 10  Certificación OPS/OMS/FDA y/o CE-IVD
- 11  Pruebas para 96 reacciones

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



Para Uso Comité Técnico

- Primera Revisión
- Segunda Revisión
- Tercera Revisión

Homologado Por \_\_\_\_\_

210~10885 ~202