



Programa de Medicamentos Esenciales
PROMESE/CAL

Especial

B.147-BASE-DATOS/FICHAS TECNICAS/Especial

Fecha:
05/07/21
10:26:33

No. Casa

FICHA TECNICA DE

Reactivo para Extracc. magnética de RN

Renglón

0

Código

10906A

Nombre Genérico : Reactivo para Extracción magnética de RNA.
Característica :
Presentacion : Kit, Estuche o Juego
Lote : Reactivos de Laboratorio
Grupo Terapéutico : Reactivos

Envase Primario

- 1 Placas de reactivos preservados para extractor
- 2 magnetico automatizad.de ac.nucleicos RNA/DNA
- 3 Número de lote
- 4 Fecha de vencimiento
- 5 Registro sanitario
- 6 Advertencias especiales
- 7 Pais de origen
- 8 Inserto en español
- 9 Con consumibles espec. en form. prellenado
- 10 Compatible con equipo BIONEER EXIPREP 96
- 11 Certificación para OPS/OMS/FDA
- 12 Pruebas 96 reacciones
- 13 Volumen de muestra maximo requerido de 500µL

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



Para Uso Comité Técnico

- Primera Revisión
- Segunda Revisión
- Tercera Revisión

Homologado Por _____

147~10906A~20