

Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL

Proveedor Exclusivo

FICHA TECNICA DE

Kit de estuche para extraccion(BIOCOMM

1-228-PROMESECAL-CCC-PEEX-2022-0001/Pro

Fecha: 12/01/22 14:28:50

No. Casa

Renglón

Código

1

10983

Nombre Genérico : Kit de estuche para extraccion o purificacion de ARN Viral

Características

Presentacion

: Kit, Estuche o Juego

Lote

: Reactivos de Laboratorio

Grupo Terapéutico

: Reactivos

		Características Técnicas
1	Ш	Numero de Lote
2		Fecha de Vencimiento
3	Ш	Registro Sanitario
4		Pais de Origen
5		Inserto en español
6		Certificacion OPS/OMS Y/O FDA
7		Compatible con equipo BIOCOMMA M96
8	\square	Prueba para 96 reacciones
9	\square	Con consumibles especificos
10		Volumen de muestra max. 500 μL
11		Tipo de plataforma cerrada

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



Para Uso Comité Té	cnico	
Primera Revisión		228~10983A~20
Segunda Revisión		
Tercera Revisión	Homologado Por	



Programa de Medicamentos Esenciales PROMESE/CAL

Proveedor Exclusivo

1-228-PROMESECAL-CCC-PEEX-2022-0001/Pro

FICHA TECNICA DE

Fecha: 12/01/22 No. Casa

14:28:50

Renglón Código

2

10983A

Kit de estuche para extraccion(BIONNER Nombre Genérico : Kit de estuche para extraccion o purificacion de ARN Viral Características Presentacion : Kit, Estuche o Juego Lote : Reactivos de Laboratorio Grupo Terapéutico : Reactivos Características Técnicas 1 | Número de Lote 2 | | Fecha de Vencimiento 3 |__| Registro Sanitario 4 |_ | País de Origen 5 | Inserto en español 6 | Certificación OPS/OMS Y/O FDA 7 | Compatible con equipo BIONNER EXP96 8 | Prueba para 96 reacciones 9 | Con consumibles específicos 10 |_| Volumen de muestra max. 500 μL 11 |_| Tipo de plataforma cerrada

ENVASE TERCIARIO Y/O NOTAS U OBSERVACIONES



Para Uso Comité Tée	enico	228~10983A~20
Segunda Revisión		
Tercera Revisión	Homologado Por	